

## Odpowiedzi na pytania oferenta i zmiana zapytania

z 12 października 2021 r.

do zapytania ofertowego nr 4/LSz/2021  
na dostawę miksera laboratoryjnego

I. Zamawiający na podstawie pkt III.4. zapytania ofertowego udziela odpowiedzi na pytania zadane przez oferenta:

8. Czy Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w Umowie sprzedaży:

Cena i warunki płatności:

- zaliczka po podpisaniu umowy sprzedaży w wysokości 50%

- II transza płatności po gotowości towaru do wysyłki w wysokości 50%?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostaje przy zmianie wprowadzonej odpowiedzią na pytanie nr 3.

9. Czy Sprzedawca jest zobowiązany również do zainstalowania maszyn oraz ich rozruchu? Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne jest również związana z tym czy to Sprzedawca montuje i uruchamia maszyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie oczekuje zainstalowania maszyn. W przypadku uruchomienia zamawiający wymaga udziału wykonawcy tylko wówczas, gdy jest on konieczny z uwagi na wymogi producenta lub niewystarczająco udokumentowany w dokumentacji urządzenia. W innych przypadkach zamawiający zezwoli na udział wykonawcy w uruchomieniu na jego wniosek.

10. Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie punktów 6 i 7 z paragrafu 4? Żeby spełnić wymogi określone w tych punktach Sprzedawca musiałby wykonać dwa identyczne komplety 3 maszyn i trzymać je na składzie na wypadek gdyby zaistniała konieczność dostarczenia maszyny zastępczej w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia takiej konieczności. Według naszej wiedzy żadna firma produkująca maszyny tego typu nie stosuje takich praktyk

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreślił te ustępy w odpowiedzi na pytania nr 5 i 6.

11. W związku z tym, że za zaklasyfikowanie przestrzeni do odpowiedniej strefy są odpowiedzialni: inwestor, projektant obiektu budowlanego oraz jego użytkownik

końcowy zwracamy się do Państwa z następującymi pytaniami: Jakie są wymogi odnośnie ATEX dla punktów B i C przedmiotu zamówienia, tj. jakie jest dokładne oznaczenie strefy zagrożenia, w której mają stać urządzenia? Jaka ma być klasyfikacja przeciwwybuchowa samych mieszalników (chodzi o potencjalne zagrożenie powstania atmosfery wybuchowej wewnątrz komór mieszalników B i C)?

**Odpowiedź:** Należy uwzględnić strefę 0 dla komór, na pozostałe elementy strefę 1.

- II. Zamawiający zmienia termin składania ofert na podstawie pkt III.5. zapytania ofertowego. Treść pkt VI.5. zapytania ofertowego otrzymuje następujące brzmienie: „Termin składania ofert upływa z końcem 15 października 2021 r. Znaczenie ma czas otrzymania oferty przez zamawiającego”.